Van: [redacted]
Verstuurd: Wed, 26 Feb 2025 08:58:00 +0100
Aan: [redacted]@odbn.nl
Onderwerp: RE: Neomycine MSD Boxmeer

Hoi [redacted],

[redacted]

Ik moet zeggen dat het ik niet echt begrijp. Eerst geven ze aan dat het externe laboratorium stopt met de analyse op Neomycine, maar dat ze het zelf ook kunnen. Nu blijkt dat dat niet het geval is. [redacted]

[redacted]

Ze voldoen nu dus niet aan de voorschriften uit de vergunning en misschien moeten ze toch maar een voorstel doen om op een andere wijze de werking van de zuiveringstechnisch werk.

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

coördinator |toezichthouder complex |adviseur

T 073 [redacted]
M 06 [redacted]
W www.aaenmaas.nl/contact
Mis niets! Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice

Waterschap Aa en Maas

veilig voldoende schoon water

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: maandag 24 februari 2025 11:19
Aan: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
CC: [redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: Neomycine MSD Boxmeer

Bedrijfseigendom-Proprietary

Goedemorgen [redacted],

In de onderstaande tabel zijn de verbeteringen die we hebben doorgevoerd weergegeven. Op basis van deze eerste verbeteringen kan het nodig zijn om ook de constructie van de verdampers te wijzigen. Of dit daadwerkelijk noodzakelijk is, zal blijken uit de resultaten van de eerste verbeteringen.

	Start	Eind
Vooronderzoek/overleg aanpassingen	Januari	Januari
Aanpassing dosering Anti foam	19 februari	Half april
Extra monitoring verdampers	19 februari	Half april
Reiniging destillaatzijde machine	Maart	April
Aanpassen constructie	Maart	December

Is bovenstaande informatie voldoende of is er een uitgebreider overzicht nodig?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

MSD Animal Health
The Science of Healthier Animals®

From: Jan Eijkmans <[redacted]@odbn.nl>
Sent: vrijdag 21 februari 2025 11:09
To: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Subject: RE: Neomycine MSD Boxmeer

Bedrijfseigendom-Proprietary

EXTERNAL EMAIL– Use caution with any links or file attachments.
Beste [redacted]

Bedankt voor de info.

Kun je aangeven wanneer de verbetering gereed is en op welke manier deze wordt uitgevoerd?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator toezicht en handhaving

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) T 088 - [redacted] E Info@ODBN.nl E [redacted]@ODBN.nl
Bereikbaar op: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag

odbn Omgevingsdienst Brabant Noord Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch

www.odbn.nl

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: dinsdag 11 februari 2025 14:28
Aan: Mailbox ODBN <info@odbn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>; [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: Neomycine MSD Boxmeer

Deze mail is afkomstig van buiten de ODBN.

Bedrijfseigendom-Proprietary

Beste [redacted]

In overeenstemming met voorschrift 3.2.1 van de revisievergunning (datum: 30 juni 2022; referentie: Z2021-00000289) wordt er maandelijks een steekproef genomen van het in- en effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, waarbij een analyse op de stof neomycine wordt uitgevoerd. Helaas kunnen wij van de laatste zes maanden monsters geen resultaat verkrijgen volgens de eerder uitgevoerde methode. De oorzaak hiervan ligt in stoffen die afkomstig zijn uit het verdampings- en schoonmaakproces van de indamper, welke de meting van neomycine bij lage concentraties verstoord. Deze stoffen hebben een relatief grote impact, omdat wij meten bij lage concentraties, wat noodzakelijk is om te voldoen aan de vergunningseis van 10 µg/L.

Het lab geeft aan dat ze bijna zeker kunnen zeggen dat er geen neomycine aanwezig is in de samples. Dit is op basis van een andere benadering van de analytische data dan voorheen gedaan werd. Wij geven hier graag extra uitleg over tijdens een (teams)overleg. In de bijlage is ook een afbeelding toegevoegd van onze resultaten. Hierbij is in het chromatogram duidelijk te zien dat wij op basis van deze data onder de ingevoerde standaard van 10 µg/L blijven.

Onze technische afdeling is bezig om met onze leverancier het indampingsproces te verbeteren, wat waarschijnlijk betere Neomycine testresultaten geeft.

In onze vergunning staat geen duidelijk vervolgstap voor deze situatie. De methode van de analyse maakt geen onderdeel uit van onze vergunning. Enkel het detectielimiet staat opgenomen in de vergunning. Vooralsnog zou bijgevoegde data daardoor kunnen voldoen aan het voorschrift in de vergunning. Echter zou dit graag bespreken met jullie in een overleg. Dit kan zowel via teams of op locatie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
MSD Animal Health

M. +316[redacted]

MSD Animal Health
The Science of Healthier Animals®

This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, Rahway, NJ USA 07065) and/or its affiliates, that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. (Direct contact information for affiliates is available at - Contact us - MSD.) It is intended solely for the use of the

individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.
This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, Rahway, NJ USA 07065) and/or its affiliates, that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. (Direct contact information for affiliates is available at - Contact us - MSD.) It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen